



Prot. 2015/82296

Quesito 19

In riferimento al disciplinare di gara art. 13.1 al sub-criterio 2.1 si legge "...Proposta di allestimento per la produzione di acqua ad osmosi inversa e della rete distributiva e di scarico a servizio della dialisi con recupero dell'attuale impiantistica previa garanzia di continuità e di servizio mediante apparecchiature provvisorie o mobili a noleggio".

Si chiede se sia già presente, tra le attrezzature esistenti, il macchinario necessario alla depurazione dell'acqua e dove sia attualmente collocato.

Si chiede, inoltre, se si prevede di utilizzare il macchinario esistente a servizio della nuova sala dialisi.

Chiarimento 19

Si il macchinario è esistente ed è collocato presso l'attuale dialisi nel Pad. Mendicanti; in particolare, il modulo di disinfezione termica ha solo due anni.

Il riutilizzo è a discrezione dei partecipanti previa valutazione costi benefici.



U.O.C. SERVIZI TECNICI
Il Direttore
Ing. Adriana Zuccato