

**Fornitura di sistemi per l'esecuzione di procedure di aferesi terapeutica e produzione di pool piastrinici per il DIMT della Provincia di Venezia**

**CHIARIMENTO 3: 03/11/2011**

A seguito di richiesta di ditta interessata alla partecipazione si riportano i chiarimenti richiesti.

1ª Domanda

L'articolo n. 4 – Specifiche della fornitura e documentazione tecnica, punto b) prevede: *“Le proposte per il lotto n. 2 devono assicurare la connessione e l'integrazione con il sistema gestionale del DIMT (Emonet-Insiel), con importazione e trasferimento dei dati di ogni procedura con tracciabilità completa della procedura e delle informazioni pertinenti”*

Chiediamo che la caratteristica evidenziata sia stralciata dalle specifiche richieste o in subordine non sia considerata motivo di esclusione o di penalizzazione in fase di valutazione tecnica.

Risposta

La richiesta di tracciabilità di processo e di prodotto è dettata dall'obbligo della tracciabilità e rintracciabilità e quindi non può essere omessa nelle specifiche di gara; l'opportunità dello scarico informativo dei dati di processo e prodotto rende più efficiente l'operatività. L'assenza del percorso automatico ed informatizzato non sarà motivo di esclusione in quanto la funzionalità sarà comunque assicurata da impegno manuale e diretto del personale addetto, in presenza di disponibilità delle informazioni visibili a display”

2ª Domanda

Il paragrafo A-Strumentazione – A19 Descrizione cita tra l'altro: *“... i pool piastrinici connessi mediante connettore sterile,”*; il paragrafo successivo B-Kit e materiali d'uso – B1) Quantità e caratteristiche cita *“Dovrà inoltre fornire gratuitamente il conservante ed eventuale materiale di consumo necessario per le procedure fornendone il relativo elenco.”*

Chiediamo se i kit e materiali d'uso richiesti comprendano

- ✓ Il kit per il pool di buffy coat,
- ✓ La soluzione conservante per piastrine ed eventuale materiale di consumo necessario, con l'esclusione di eventuali apparecchiature e materiali di consumo per la connessione sterile dei singoli buffy coat e della sacca con soluzione conservante

Risposta

L'attività di connessione sterile non è stata compresa nella presente fornitura, essendo già oggetto di altra modalità di approvvigionamento, già vigente a livello di dipartimento, in quanto la connettibilità di tubatismi è prevista per più funzioni trasfusionali del settore emocomponenti, oltre alla produzione di pool piastrinici

3ª Domanda

L'articolo n. 4 – Specifiche della fornitura e documentazione tecnica, relativamente al Lotto 2, prevede il prezzo a base d'asta; il Disciplinare di gara, Articolo n. 2 – Presentazione delle offerte, tra i vari punti, prevede che il costo complessivo nei 60 mesi (materiale, noleggio e assistenza) *“... non dovrà, pena d'esclusione, essere uguale o superiore al prezzo base d'asta fissato ...”*

Chiediamo che il prezzo a base d'asta sia aumentato almeno del 5% o che, in subordine, sia considerato prezzo d'asta presunto (senza modifica dell'importo di cauzione provvisoria richiesto) consentendo la presentazione di offerta economica superiore al prezzo presunto senza pena di esclusione.

Risposta

Si conferma il prezzo previsto a base d'asta oggetto di comunicazione alla Segreteria Regionale per la Sanità in ottemperanza alla nota regionale 210747 del 03.05.2011.

F.to Il Direttore  
U.O.C. Beni Sanitari