

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA
DI SISTEMI ANTIDECUBITO IN NOLEGGIO PER L'ULSS 12 VENEZIANA E
L'ULSS 14 CHIOGGIA.**

CHIARIMENTO N. 2 DEL 29.07.2011

Una ditta partecipante ha richiesto di specificare, dato che viene richiesto che *“la pressione di contatto sia inferiore alla pressione di occlusione capillare (P.O.C.) per oltre metà del ciclo di funzionamento”*, i valori della P.O.C. di riferimento per tutte le tipologie di materassi sia del Lotto 1 che del Lotto 2.

Si specifica che il valore della P.O.C. di riferimento è di 32 mm Hg.
La letteratura presa a riferimento potrà essere agevolmente rinvenuta nella bibliografia delle Linee Guida Regionali dell'Agenzia Regionale della Sanità Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE
Dipartimento Acquisti e Logistica Area Vasta
Dr.ssa Desi Zennaro