

FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI PER L'ESECUZIONE DI EMOGASANALISI ED ALTRI PARAMETRI BIOCHIMICI

CHIARIMENTO: 21.04.2011

A seguito richiesta di chiarimenti da parte di una ditta, si precisa quanto segue:

Il dialogo tra le STAZIONI richieste e le apparecchiature medicali previste (analizzatori) è interamente a carico della Ditta proponente.

L'implementazione del dialogo tra le componenti di *middleware* offerte (STAZIONI) e il LIS presente in ULSS 12 è a carico dell'Azienda ULSS, dando per assodato il prerequisite (richiesto a capitolato) che tale comunicazione bidirezionale avvenga tramite standard HL7 (dunque le *eventuali* necessarie implementazioni per adeguare il sistema offerto a garantire una comunicazione *HL7-compliant* spettano alla Ditta proponente).

f.to Il Direttore
U.O.C. Acquisti e Logistica ULSS12
Dr.ssa Desi Zennaro