

**FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI PER L'ESECUZIONE DI EMOGASANALISI  
ED ALTRI PARAMETRI BIOCHIMICI**

**CHIARIMENTI del 27.10.2010**

In riferimento alla procedura in oggetto una ditta ha formulato le seguenti richieste di chiarimenti che si riportano di seguito nella loro totalità unitamente alle relative risposte.

**Domanda 1)** specificare se le caratteristiche minime indicate nell'art. 2, pag. 2 sono da intendersi per le sole strumentazioni o anche per i successivi punti relativi al sistema informatico, hardware, ecc. (pag. 2-3).

**Risposta 1)** le caratteristiche minime indicate nell'art. 2 sono da intendersi riferite sia alle strumentazioni che ai successivi punti (sistema informatico, hardware, software).

**Domanda 2)** In riferimento al sistema informatico, è presente la medesima rete tra i tre Presidi Ospedalieri coinvolti?

**Risposta 2)** la risposta è sì, i due presidi (più il punto di Primo Intervento del Lido) sono collegati ad una stessa rete aziendale e sono collegati ad un unico Sistema Informatico di Laboratorio (LS).

**Domanda 3)** cosa si intende per sistema informatico "aperto", ossia se la soluzione informatica proposta dovrà essere in grado di connettere solo emogasanalizzatori (multimarca), o anche altri analizzatori in altri settori? E se sì, indicare quali settori.

**Risposta 3)** la risposta si trova nel Capitolato Tecnico e d'Oneri - art. 2, pag. 2:

- Gli strumenti dovranno rispondere, a pena di esclusione, ai seguenti **REQUISITI MINIMI:**

Il sistema informatico dovrà:

essere "aperto" e poter quindi collegare e gestire apparecchiature proprietarie e di altre ditte, sia per emogasanalizzatori che per eventuali altre indagini eseguite in POCT (chimica, marcatori cardiaci, test coagulativi. ecc). Le ditte concorrenti dovranno esplicitamente indicare (specificandolo nel dettaglio) eventuali non compatibilità con strumenti di altre ditte (una generica dichiarazione "il sistema è compatibile con la maggior parte delle apparecchiature del mercato", o simile, non sarà considerato sufficiente);

**Domanda 4)** Quanti e quali tipi di strumenti dovranno essere gestiti dal sistema informatico di collegamento del quale richiedete l'interfacciamento al sistema informatico del Laboratorio?

**Risposta 4)** circa "quanti strumenti" la risposta si trova nel Capitolato Tecnico e d'Oneri - art. 2, pag. 2:

- Gli strumenti dovranno rispondere, a pena di esclusione, ai seguenti **REQUISITI MINIMI:**

Il sistema informatico dovrà:

avere la capacità di collegamento di almeno 30 (trenta) stazioni EGA direttamente in rete LAN senza interfacciamenti con PC o altri dispositivi ;

circa "quali strumenti" vedere Risposta 3).

- Domanda 5)** specificare se l'importo di 945.000 euro è da intendersi come base d'asta o come importo presunto? Detto importo è relativo alla durata della gara di 3 anni, oppure comprende anche l'anno di proroga.
- Risposta 5)** l'importo di 945.000 Euro non è base d'asta bensì importo complessivo presunto di fornitura, escluso il periodo di proroga.

Il Direttore U.O.C. Acquisti e Logistica ULSS12  
Dr.ssa Desi Zennaro